

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

**Испытательная лаборатория**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*


634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*\*

634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

  
Т.В. Андреева  
28 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15036**

|                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Дата регистрации (выдачи) протокола:                                                                                                       | 28 декабря 2021 г.    |
| 2. Сведения об образце:                                                                                                                       |                       |
| 2.1. Наименование образца испытаний****:                                                                                                      | вода питьевая         |
| 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии):                                                                                            | -                     |
| 2.3. Сведения об изготовителе****:                                                                                                            | -                     |
| (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,<br>для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес) |                       |
| 2.4. Дата изготовления****:                                                                                                                   | -                     |
| 2.5. Номер партии****:                                                                                                                        | -                     |
| 2.6. Объем партии****:                                                                                                                        | -                     |
| 2.7. Количество образца на объекте:                                                                                                           | -                     |
| 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: пластиковая ёмкость, целостность не нарушена                                                 |                       |
| 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес):                                                                                 | 1 x 1,5 л             |
| 2.10. Дата и время отбора образца****:                                                                                                        | 20.12.2021 06:00      |
| 2.11. Дата и время доставки образца:                                                                                                          | 20.12.2021 08:00      |
| 2.12. Код образца:                                                                                                                            | 36900.5.1.21.12       |
| 3. Сведения об отборе:                                                                                                                        |                       |
| 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):                         |                       |
| Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01720122101                                                               |                       |
| 3.2. Место отбора образца****:                                                                                                                |                       |
| Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Набережная, № 38 (скважина)                                                             |                       |
| 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы ****:                                                            |                       |
| ООО "Аква-Сервис" г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; +7 (3822) 51-69-01; 51-56-53;<br>edenisova874@inbox.ru                               |                       |
| (для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)                               |                       |
| 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:                                                                             |                       |
| И.Б. Топонова, помощник врача по гигиене питания                                                                                              |                       |
| 3.5. Условия доставки****:                                                                                                                    | сумка-термос, t +4 °C |

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Код образца: 36900.5.1.21.12

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Аква-Сервис" г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; +7 (3822) 51-69-01; 51-56-53;  
edenisova874@inbox.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005007193/1127025000090

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № 1211 от 26 ноября 2021 г. (вх. № 70-20/351--2021 от 26.11.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
помощник врача по гигиене питания

И.Б. Топонова

(должность)

(подпись)



Результаты  
радиологических испытаний  
лаборатория радиационного контроля и физических факторов;  
(634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр.1);  
+7 (3822) 44-22-57; [radsesto@mail.tomsknet.ru](mailto:radsesto@mail.tomsknet.ru)

(номер, присвоенный образцу при регистрации в лаборатории 500 )

Код пробы ( образца): 36900.5.1.21.12

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель)                     | Результаты исследований (испытаний) | Неопределенность измерения | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4,5) | Идентификация применяемого метода испытаний                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                                   | 4                          | 5                  | 6                                  | 7                                                                                                                                                                                                           |
| 1.    | Удельная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов | 0,0546                              | 0,0081                     | 0,2                | Бк/ кг                             | МРК ФГУП «ВИМС»<br>«Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных).<br>Подготовка проб и выполнение измерений»<br>Свидетельство ФГУП «ВНИИФТРИ»<br>№ 40073.3Г178/01.00294-2010 |
| 2.    | Удельная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов  | 0,0252                              | 0,0037                     | 1,0                | Бк/ кг                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | Удельная активность радона-222                               | < 2,00                              | 2,00                       | 60                 | Бк/ кг                             |                                                                                                                                                                                                             |

Дополнительные сведения: количество исследований – 3


Дата проведения исследований (испытаний): с 20.12.2021 по 27.12.2021.

Дата выдачи результата: 28.12.2021.

Сведения об оборудовании, стандартных образцах, используемых при проведении исследований (испытаний), измерений:

| наименование СИ, ИО, ВО, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию                       | Заводской номер | сведения о поверке/калибровке СИ, аттестации ИО |             |                   | основная погрешность измерения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |                 | номер                                           | дата выдачи | срок действия до: |                                |
| Радиометр для измерения малых активностей:<br>Альфа-бета радиометр УМФ – 2000, 04.02.2014, №341433191120001, 02.2014. | 1382            | С-НН/31-05-2021/67023662                        | 31.05.2021  | 30.05.2022        | 15%                            |
| Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД-гамма» 2010, № 041433112402813, 07.07.2010                            | 1007            | С-НН/05-10-2021/100010042                       | 05.10.2021  | 04.10.2022        | 10%                            |
| Весы лабораторные равноплечие 2-го класса модели ВЛР-200г-М 21.12.2002, № 041433121600023, 2002                       | Б 470-23        | С-ВЭ/28-09-2021/98386548                        | 28.09.2021  | 27.09.2022        | 12%                            |
| Печь муфельная учебная ПМ-8 12.2018, № 343302821131280001, 03.04.2019                                                 | 00097-18        | 41/05-2021                                      | 28.05.2021  | 27.05.2022        | 10%                            |

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Д.И.Хлюпин        |  |





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

**Испытательная лаборатория**

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*\*

634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

29 декабря 2021 г.

Т.В. Андреева



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15064**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 29 декабря 2021 г.

**2. Сведения об образце:**

2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: вода питьевая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*:

-

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,  
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: -

2.5. Номер партии\*\*\*\*: -

2.6. Объем партии\*\*\*\*: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: пластиковая ёмкость, целостность не нарушена

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 1,5 л

2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*:

20.12.2021 06:30

2.11. Дата и время доставки образца:

20.12.2021 08:30

2.12. Код образца: 36901.5.1.21.12

**3. Сведения об отборе:**

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01720122101

3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:

Томская область, Первомайский район, д. Вознесенка, № 7а, (скважина)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:

ООО "Аква-Сервис" г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; +7 (3822) 51-69-01; 51-56-53;  
edenisova874@inbox.ru

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

И.Б. Топонова, помощник врача по гигиене питания

3.5. Условия доставки\*\*\*\*:

сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Код образца: 36901.5.1.21.12

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ООО "Аква-Сервис" г.Томск, ул.Набережная реки Томи, №29; +7 (3822) 51-69-01; 51-56-53;  
edenisova874@inbox.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7005007193/1127025000090

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № 1211 от 26 ноября 2021 г. (вх. № 70-20/351--2021 от 26.11.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
помощник врача по гигиене питания

(должность)

(подпись)

И.Б. Топонова



Результаты  
радиологических испытаний  
лаборатория радиационного контроля и физических факторов;  
(634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр.1);  
+7 (3822) 44-22-57; [radsesto@mail.tomsknet.ru](mailto:radsesto@mail.tomsknet.ru)

(номер, присвоенный образцу при регистрации в лаборатории 501 )

Код пробы ( образца): 36901.5.1.21.12

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель)                     | Результаты исследований (испытаний) | Неопределенность измерения | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4,5) | Идентификация применяемого метода испытаний                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                                   | 4                          | 5                  | 6                                  | 7                                                                                                                                                                                                           |
| 1.    | Удельная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов | < 0,02                              | -                          | 0,2                | Бк/ кг                             | МРК ФГУП «ВИМС»<br>«Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных).<br>Подготовка проб и выполнение измерений»<br>Свидетельство ФГУП «ВНИИФТРИ»<br>№ 40073.3Г178/01.00294-2010 |
| 2.    | Удельная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов  | < 0,10                              | -                          | 1,0                | Бк/ кг                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | Удельная активность радона-222                               | 5,69                                | 2,69                       | 60                 | Бк/ кг                             |                                                                                                                                                                                                             |

Дополнительные сведения: количество исследований – 3


Дата проведения исследований (испытаний): с 20.12.2021 по 28.12.2021.

Дата выдачи результата: 28.12.2021.

Сведения об оборудовании, стандартных образцах, используемых при проведении исследований (испытаний), измерений:

| наименование СИ, ИО, ВО, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию                        | Заводской номер | сведения о поверке/калибровке СИ, аттестации ИО |             |                   | основная погрешность измерения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                        |                 | номер                                           | дата выдачи | срок действия до: |                                |
| Радиометр для измерения малых активностей:<br>Альфа-бета радиометр УМФ – 2000, 03.12.1998, № 041433153410883, 12.1998. | 217             | 15540                                           | 29.12.2020  | 28.12.2021        | 15%                            |
| Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД-гамма» 2010, № 041433112402813, 07.07.2010                             | 1007            | С-НН/05-10-2021/100010042                       | 05.10.2021  | 04.10.2022        | 10%                            |
| Весы лабораторные равноплечие 2-го класса модели ВЛР-200г-М 21.12.2002, № 041433121600023, 2002                        | Б 470-23        | С-ВЭ/28-09-2021/98386548                        | 28.09.2021  | 27.09.2022        | 12%                            |
| Печь муфельная учебная ПМ-8 12.2018, № 343302821131280001, 03.04.2019                                                  | 00097-18        | 41/05-2021                                      | 28.05.2021  | 27.05.2022        | 10%                            |

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Д.И.Хлюпин        |  |